

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07mm +/-0,01mm, na mankiecie 0,06mm +/-0,01mm, AQL 1,5, pakowane a'200 szt. (rozmiary XS-L) oraz a'180 szt. (rozmiar XL), oznakowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III (wyższej niż oczekiwana), tylko w kolorze niebieskim spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były przebadane na przenikanie co najmniej 20 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978?

Odp.: Nie.

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki w obszarze środkowego palca 0,23mm, dłoni 0,20mm, mankietu 0,18mm, zgodne z normą EN 455 1-3, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie.

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie

Teresa Adamczyk