

L.dz. SZOZ/K/1017/2013  
spr. nr ZP/3/2013

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie**

Zamawiający Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu:

Pakiet 3

Prosimy o dopuszczenie składania ofert na pojedyncze pozycje lub wydzielenie poz. 1 i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic nitrylowych.

Odp. Nie wyrażam zgody.

Pakiet 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, zakończone rolowanym mankietem, długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,10mm, na dłoni min. 0,06mm, mankiet min. 0,05mm, zgodne z wymaganiami normy EN 455- część 1,2,3 i 4, AQL 1,5 oznakowany na opakowaniu, kształt uniwersalny, pakowane po 200 sztuk. Znak CE. Rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej (PPE 89/686/EEC cat. I). Przebadane i potwierdzone badaniami przez niezależne laboratorium na: przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie co najmniej 3 sub. chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, na przenikanie co najmniej 20 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Rozmiar od XS do XL, kolor niebieski.

Odp. Nie wyrażam zgody.

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie  
Teresa Adamczyk