

**REWITALIZACJA OBIEKTU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE**  
-podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących  
względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych.  
**RPOP.10.02.00-16-0037/17**

Niemodlin, dnia 11.10.2018r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu medycznego**

Zadanie 1

1.1 Ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o poniższych parametrach:

**SSAK ZE STEROWANIEM NOŻNYM, 2 PORTY SSĄCE, PRZEŁĄCZNIK WYBORU BUTLI**

**Parametry techniczne:** maksymalny przepływ 60 L / min,  
maksymalne podciśnienie -90 kPa,  
wymiary 46x85x42cm,  
waga 13 kg,  
napięcie zasilania 230 V / 50 Hz,  
normy: EN 60601; ISO 10079-1.

**Wyposażenie:** dwie butle 2L, lub (4L w opcji), z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepelnieniem,  
pedał do sterowania nożnego,  
wskaźnik i regulator podciśnienia,  
dwa porty ssące,  
przełącznik do wyboru butli ssącej,  
podstawa jezdna na kółkach,  
dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów.

Odp.: Dopuszczamy

1.2 Koncentrator tlenu

Czy Zamawiający dopuści poniższy koncentrator tlenu:

- niewielka , kompaktowa obudowa (w formie walizki)
- rewelacyjnie cichy - tylko 35dB!
- niewielka waga (19,8 kg)
- niskie zużycie energii elektrycznej
- przepływ tlenu płynnie regulowany 0-6l/min (za pomocą w pełni elektronicznego przepływomierza)
- komputerowy system samodiagnostujący (wyświetlacz LCD)
- pełna diagnoza za pośrednictwem wbudowanego portu USB.

**Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie**  
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

## REWITALIZACJA OBIEKTU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE

-podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych.

**RPOP.10.02.00-16-0037/17**

- Klasyfikacja MDD: II A
- Napięcie: 230 V 50 HZ
- Poziom hałas: 35 dB
- Zużycie energii: 350 W
- Alarmy: Temperatury, zasilania, przepływu tlenu
- Waga: 19,8 kg
- Wymiary: 535/203/520 mm
- Temperatura pracy: +5 do +40 stopni Celcjusza
- Przepływ: od 0,1 do 6 litrów na minutę

Odp.: Dopuszczamy

### 1.3 defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez funkcji dopasowania poziomu głośności komunikatów do warunków otoczenia?

Reszta parametrów wg SIWZ.

Odp.: Dopuszczamy

*Dyrektor SZOZ w Niemodlinie  
Jadwiga Konieczniak*

**Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie**

ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

**REWITALIZACJA OBIEKTU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE**  
-podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących  
względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych.  
**RPOP.10.02.00-16-0037/17**

**Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie**  
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

