

**REWITALIZACJA OBIEKTU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE**  
-podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących  
względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych.  
**RPOP.10.02.00-16-0037/17**

Niemodlin, dnia 11.10.2018r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu medycznego**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytania do zadania 2**

Podnośnik mobilny z akumulatorem:

1. Czy Zamawiający dopuści podnośnik z czterema kołami, z czego dwa są wyposażone w hamulce? Takie podnośniki są zdecydowanie najczęściej spotykane na rynku.

Odp. Dopuszczamy

2. Czy Zamawiający dopuści podnośnik z jednym wymiennym akumulatorem lub z jednym niewymiennym akumulatorem? Akumulatory te są o dużej pojemności pozwala je ładować raz na kilka, kilkanaście dni, np. w nocy, co pozostaje bez istotnego wpływu na wykorzystanie podnośnika.

Odp. Dopuszczamy

Wózek inwalidzki:

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 44 lub 46 lub 50 cm?

Odp. Dopuszczamy wózek o szerokości 44 lub 46 cm.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa niezależne pasy pod łydki zamiast jednego wspólnego? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla pacjenta, szczególnie takiego z przykurczem lub po amputacji jednej kończyny.

Odp.: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek w kołami tylnymi pełnymi- nie pompowanymi? Jest to rozwiązanie bardziej niezawodne przy wykorzystaniu na oddziałach szpitalnych, w ZOL'ach, wewnątrz budynku. Cena wózka z kołami pełnymi i pompowanymi jest taka sama.

Odp.: Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek o nośności do 130 kg? Jest to zakres, który w zupełności wystarcza na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wózki o nośności powyżej 130 kg są znacznie droższe, nawet 3-krotnie.

5. Odp.: Dopuszczamy wózek o nośności nie mniej niż 130 kg.

**Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie**  
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

**REWITALIZACJA OBIEKTU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE**  
-podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących  
względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych.  
**RPOP.10.02.00-16-0037/17**

**Pytania do zadania 4**

Wózek do mycia pacjentów w pozycji leżącej

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarze zewn. około 70cm x 190 cm? Nieco krótszy wózek od opisanego jest praktyczniejszy i bezpieczniejszy ponieważ „wjeżdża” do łóżka pacjenta i nie zachodzi obawa, że pacjent spadnie na podłogę podczas przesuwania z łóżka na wózek.

Odp.: Zamawiający zmienia opis parametrów wózka do mycia pacjentów w pozycji leżącej: wózek o wym. ok. szer. x dł. 70 x 200 cm (szer. x dł. +/- 10cm); regulacja wysokości hydrauliczna; metalowa konstrukcja, miękki i szeroki materac prysznicowy; 4 jezdne kółka z czego 2 z hamulcami.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema kołami, z czego dwa są wyposażone w hamulce, a dwa w blokadę kierunku jazdy. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze i bardziej użyteczne.

Odp.: Dopuszczamy.

*Dyrektor SZOZ w Niemodlinie*  
*Jadwiga Konieczniak*

**Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie**  
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin