

**Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie**  
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Niemodlin, dnia 20 listopada 2020r.

**Do Wykonawców**

Dotyczy: **Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SZOZ w Niemodlinie L.dz. SZOZ/ZO-4/997/2020**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

**Zał. 2 zadanie 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze jasnoniebieskim, grubości wynoszącej na palcu  $0,08\pm 0,01$  mm, na dłoni  $0,06\pm 0,01$  mm, na mankiecie  $0,05\pm 0,01$  mm?

Odp.: Nie.

Zamawiający zmienia zapis w formularzu asortymentowo-cenowym zał. 2 zadanie 1 poz. 1

Było:

Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu  $0,12\pm 0,02$ , na dłoni  $0,07\pm 0,02$  i mankiecie  $0,06 \pm 0,02$  mm, długość min 240mm. AQL 1,0 i siła zrywu (mediana) min 7N - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671. Przebadane wg EN 374. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Kolor lawendowy/fioletowy. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Jest:

Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu  $0,12\pm 0,02$ , na dłoni  $0,07\pm 0,02$  i mankiecie  $0,06 \pm 0,02$  mm, długość min 240mm. AQL 1,0 i siła zrywu (mediana) min 7N - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671. Przebadane wg EN 374. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie  
Jan Krawczyk