

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Niemodlin, dnia 23 listopada 2020r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SZOZ w Niemodlinie L.dz. SZOZ/ZO-3/996/2020

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pakiet 1, poz. 7-8,11,20-21,34-35,39,41

Czy zamawiający wydzieli poz.7-8,11,20-21,34-35,39,41 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 7

czy zamawiający dopuści jednostronną i czytelną skalę?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 11,34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. : Dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Pakiet 1, poz. 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 3 - 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wyposażone w kryzę ograniczającą w pełni zabezpieczającą przed przypadkowym wypadnięciem tłoka?

Odp.: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga podwójnego zabezpieczenia przed wypadnięciem tłoka.

Pakiet 1 poz. 3 - 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wyposażone w pojedynczą skalę pomiarową?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 40 opakowań?

Odp.: Tak

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z jednostronną skalą?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające zastawkę antyzwrotną zamiast filtra hydrofobowego?

Odp.: Nie

Pakiet 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z nieprzezroczystym konektorem?

Odp.: Nie

Pakiet 1 poz. 15

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowany przyrząd ma posiadać dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Elastyczna komora kroplowa o długości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiającymi wkłucie w pojemniki z płynami, kroplomierz komory -20kropli =1ml +/- 0,1ml, posiadający filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um.?

Odp.: Zamawiający nie potwierdza, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści plastikowe pensety anatomiczne j.u.?

Odp.: Nie

Pakiet 1 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, czyli 320 op. po 50 sztuk?

Odp.: Tak

Pakiet 1, poz.41

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków wykonane z polipropylenu o pojemności 30 ml?

Odp.: Tak

Pakiet 1, poz.41

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 334?

Odp.: Tak

Pakiet 1, poz.42

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną pakowaną a'100 sztuk oraz jej wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 2?

Odp.: Tak

Pakiet 1 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o wymiarach 245x115x50 mm?

Odp. Tak

Pakiet 1 poz. 50

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia rurek tracheostomijnych o średnicy około 11mm?

Odp. Tak

Pakiet 1, poz. 1-8

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 3-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego oznakowania opakowań ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 3-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania podwójnej skali?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 6

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odp.: Dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 34

Czy Zamawiający wydzieli poz. 34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Nie

Pakiet 1, poz. 39

Czy Zamawiający wydzieli poz. 39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp.: Nie

Pytanie 1 dotyczy pakietu 2 pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,9999%, z portem do kapno z koreczkiem zabezpieczającym. Złącza 22M/15F. Waga 21g, powierzchnia filtracyjna 25 cm², opór przepływu przy 30l/min 0,5 cm H₂O; przy 60 l/min 1,4 cm H₂O; przy 90 l/min 2,76 cm H₂O. Objętość oddechowa VT150 - 1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml. Czas użytkowania do 24 godzin.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 dotyczy pakietu 2 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” wyposażony w port do podawania tlenu 5,5 mmM, port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie, średnica portu do odsysania 6,1mm, masa: 8,4 g, przestrzeń martwa: 15 ml, Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H₂O przy V_t=500ml; po 24 godz. 28,8mg/l H₂O przy V_t=500ml. Opór przepływu 0,63cm H₂O przy 30l/min; 1,8 cm H₂O przy 60l/min; 3,5 cmH₂O przy 90l/min, złącza: 15mmF - do rurki tracheostomijnej. Z możliwością użytkowania do 24 godzin.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści dł. 180 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,999%, wadze 22 g, objętości przepływowej 150-1500 ml i przestrzenią martwą 35 ml oraz opornością 0,6 hPa przy 30 l/min?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą zawierającą śladowe ilości PE oraz EVA z zakresem rozciągliwości ok. 4 cm -15 cm przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zmienia zapis w formularzu asortymentowo-cenowym:

Pakiet 1 poz. 11: Koreczek do kaniul sterylny, pakowany pojedynczo tego samego producenta co kaniule.

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie
Jan Krawczyk