Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Niemodlin, dnia 5 grudnia 2019

Do Wykonawców

Dotyczy: **Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SZOZ w Niemodlinie SZOZ/ZO-3/1092/2019**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pakiet nr 4 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych, lekko pudrowanych, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana – zapewniająca pewny chwyt. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi oraz mikroorganizmami zgodnie z normą EN 374-1 (z wył. 5.3.2.),-2,-3, potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Rękawice nie posiadające badań na przenikanie cytostatyków. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23-0,24 mm, dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,19-0,20 mm, długość min. 285 mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 40 µg/g, siła zrywu: przed starzeniem min 16N, po starzeniu min 14N-potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie.
Odp. Dopuszczam

Pakiet nr 4 poz. 3
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic chirurgicznych, lateksowych sterylnych, bezpudrowych, polimerowanych od wewnątrz, teksturowanych na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65; grubość na palcu 0,23-0,24mm, na dłoni 0,20-0,21mm, mankiecie 0,18-0,19mm, długość min 285 mm. Poziom protein poniżej 10 µg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N potwierdzone raportem badań producenta wg EN 455. Zgodne z EN 455-1,2,3,4, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. Foliowe.
Odp. Dopuszczam

Pakiet 2 poz.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, wiodącego producenta, Teleflex/Gibeck, o następującej charakterystyce elektrostatyczny, hydrofobowy, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; wadze max 24 g; z portem kapno, przestrzeni martwej max 40ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt. czas użytkowania do 24godzin.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania martwe przestrzenie, wiodącego producenta, Teleflex, o następującej charakterystyce: jednorazowy łącznik martwa przestrzeń, wykonany z polipropylenu, sterylny; z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z dwoma portami, jednym do odsysania 3,5mm, drugim z mankietem uszczelniającym do wprowadzenia bronchofiberoskopu 9mm, wykonany z PP/TPE, o regulowanej długości od 90mm do 150mm i pamięcią kształtu; łącznik do układu oddechowego z wejściem 22F. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe: papier/folia
Odp. Zgodnie z SIWZ

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Pakiet 2 poz.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania martwe przestrzenie, wiodącego producenta, Teleflex, o następującej charakterystyce: Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką; posiadajacy port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15, pakowany po 20 szt.. Z możliwością użytkowania do 24 godzin. Sterylizowany tlenkiem etylenu
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 4 poz. 1
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:
Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane lub polimeryzowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10±0,02, na dłoni 0,07±0,02 i mankiecie 0,06±0,02 mm, długość min 240mm. AQL 1,5 i siła zrywu (mediana) min 7N - potwierdzone badanami producenta. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 lub równoważną. Przebadane wg EN 374 lub równoważną. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ftalanów, tiazolu oraz tiuramów - potwierdzone deklaracją producenta. Opakowanie 200 szt. Kolor niebieski. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu
Odp. Dopuszczamy

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zmiany prosimy o utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji.
Odp. Nie wyrażam zgody

Pakiet 1 poz. 3 - 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 36 opakowań?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z jednostronną skalą oraz wcięciem w tłoku z jednej strony?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania g.d.o. z nieprzezroczystym konektorem?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplowa o długości 60mm (55mm w części przezroczystej)?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści plastikowe pensety anatomiczne j.u., pakowane a'100 szt. z przeliczeniem ilości na 2 opakowania?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści maseczkę z fizeliny 3 warstwową?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30ml, pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 334 opakowania?

Odp. Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 41

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245x115x50 mm?

Odp. Dopuszczamy

Pakiet 1 poz. 48

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia rurek tracheostomijnych o średnicy 12mm?

Odp. Dopuszczam

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie
Jan Krawczyk