

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Niemodlin, dnia 23 listopada 2021r.

Do Wykonawców

Dotyczy: **Zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej dla SZOZ w Niemodlinie L.dz. SZOZ/ZO-4/930/2021**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Dopuszczamy

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem?

Odp. Dopuszczamy

Kara umowna

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% wartości niedostarczonego zamówienia, za każdy dzień. Obecne zapisy są rażąco wygórowane.

Odp. Zapisy umowy pozostają bez amin.

Dot. rozdz. IV oraz V

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie oferty w formie elektronicznej – podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odp: Wyrażamy zgodę

Pakiet 2 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających raport z badań producenta (zamiast jednostki notyfikowanej) wg EN 455 potwierdzający wymagane parametry.

Odp.: Dopuszczamy

Pakiet 2 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z poniższym opisem:

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN ISO 374-1 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Rękawice nie posiadające badań na przenikanie cytostatyków. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23-0,24 mm, dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,19-0,20 mm, długość min. 285 mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 40 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 16N, po starzeniu min 14N-potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5.

Odp: Dopuszczamy

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin

Pakiet 2 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z poniższym opisem:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe sterylne, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, teksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,23-0,24 mm, na dłoni 0,20-0,21 mm, mankiecie 0,18-0,19 mm, długość min 285 mm. Poziom protein poniżej 10 µg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (raport z badań producenta wg EN 455). Zgodne z EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN ISO 374-1,2,4,5 oraz EN 16523-1. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe.

Odp.: Dopuszczamy

UWAGA:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 na zał. nr 2 Formularz cenowy. Formularz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego dnia 22.11.2021r.

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie
Jan Krawczyk