



Niemodlin, dnia 22.11.2023r.

L.dz. SZOZ/ZO-9/2023

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie w związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej wartości 130 000,00 zł netto, przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: **NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEMODLINIE**

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 2 poz 1.

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiar 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, opór przepływu przy @30L/min - 0.8 cm H₂O, opór przepływu @60L/min – 1,9 cm H₂O, przestrzeń martwa 60 ml, waga 28 g, objętość oddechowa >200ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odp.: Dopuszczamy.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP) pozbawionego PCV oraz ftalanów, długość 70-150 mm, z możliwością zapamiętania kształtu i kontroli ułożenia łącznika? Uniwersalne połączenie 22M/15F - 15M umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów. Podwójnie obrotowe kolanko. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką. Jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo.

Odp.: Dopuszczamy.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia i stają się wiążące dla Wykonawców.

Dyrektor
SZOZ w Niemodlinie
Jan Krawczyk